

NOTA DE ESCLARECIMENTO Nº 01 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90018/2025.

Resposta à consulta formulada por **MOGIGLASS**, enviada via e-mail no dia **11/12/2025**, às **15h27min**, referente ao edital do **Pregão Eletrônico nº 90018/2025**, que tem por objeto o Fornecimento, por Sistema de Registro de Preços – SRP, carga, transporte e descarga de ração para peixes com diferentes níveis de proteína bruta, insumos destinados à produção de alevinos de peixes e equipamentos voltados à atividade de pesca e aquicultura, visando o atendimento das demandas produtivas do Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Xique-Xique – CIX e de piscicultores e pescadores situados na área de atuação da Codevasf, no Estado da Bahia, sob jurisdição da 2ª Superintendência Regional.

QUESTIONAMENTO:

Ótima tarde!

Qual a capacidade da balança referente ao item 9?
No edital não menciona.

9	Balança semi analítica: Divisão 0,001g, capela protetora, estrutura em aço inoxidável, 100 a 220V.	485735	unidade	25
---	--	--------	---------	----

Fico no aguardo, desde já agradeço.

Atenciosamente,



ADRIANA SILVA
ANALISTA DE LICITAÇÃO

adriana@mogiglass.com.br

Rua Francisco Franco, 511 - Centro - Mogi das Cruzes - SP
(11) 4723-4110 ramal 143

**RESPOSTA AO QUESTIONAMENTO:**

Prezado (a) Licitante,

MOGIGLASS,

Em atenção ao seu Pedido de Esclarecimento referente ao **Edital nº 90018/2025**, segue **resposta**:

Em atenção à questão apresentada, após consulta à área técnica, ficou definido que serão acatadas

propostas que contenham balanças com a capacidade igual ou superior a 300 gramas, respeitando as demais especificações técnicas para o item 9 e 35.

Bom Jesus da Lapa – BA, 15/12/2025.

Jhonathan Pimentel Carvalho
Pregoeira – Determinação nº 378/2025