

COMUNICAÇÃO EXTERNA

REMETENTE:

SECRETARIA REGIONAL DE LICITAÇÕES – 6ª/SL

NÚMERO:

05/2025

DATA:

01/12/2025

DESTINATÁRIO:

LICITANTES DO EDITAL Nº 90013/2025 – PREGÃO ELETRÔNICO - SRP

E-MAIL: Diversos**TELEFONE:**

ASSUNTO:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90013/2025 – PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.

DESCRIÇÃO:

A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF comunica aos interessados que após análise DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO abaixo, anexamos a presente Comunicação Externa bem como disponibilizaremos no link <https://editais2024.codevasf.gov.br/licitacoes/6a-superintendencia-regional-juazeiro-ba/pregao-eletronico/editais-publicados-em-2025/edital-no-90013-2025/> em resposta, após ouvidos o Pregoeiro e a área técnica da Codevasf:

SOLICITANTE: DIGI-TRON INDUSTRIAS DE BALANÇAS

Solicitamos esclarecimentos conforme abaixo;

1 – Qual o tamanho da área de pesagem da balança, pois existem diversos no mercado e para sermos assertivos com o modelo exato a ser cotado para a participação no certame, é essencial sabermos suas medidas/dimensões corretas?

Esclarecimento :

Prezados

Senhores,

O tamanho da área de pesagem (plataforma) para uma balança com capacidade de 300 kg varia consideravelmente entre os fabricantes e modelos, não havendo um tamanho único padrão. As dimensões mais comuns no mercado brasileiro geralmente ficam na faixa de 40x40 cm a 60x60 cm.

Como trabalharemos para pesagens de volumes cilíndricos com diâmetros variando de 19,5 cm (Baldes Plásticos) até 58,4 cm (Tambores Metálicos), recomendamos ofertarem balanças com áreas de pesagens a partir de 60 x 60.

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES / FUNÇÃO:

JEAN CORDEIRO SANTOS – CHEFE DA 6ª/SL SUBSTITUTO
