

COMUNICAÇÃO EXTERNA

REMETENTE:

SECRETARIA REGIONAL DE LICITAÇÕES – 6ª/SL

NÚMERO:

08/2025

DATA:

10/12/2025

DESTINATÁRIO:

LICITANTES DO EDITAL Nº 90020/2025 – PREGÃO ELETRÔNICO - SRP

E-MAIL: Diversos**TELEFONE:**

ASSUNTO:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90020/2025 – PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.

DESCRIÇÃO:

A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF comunica aos interessados que após análise DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO abaixo, anexamos a presente Comunicação Externa bem como disponibilizaremos no link <https://editais2024.codevasf.gov.br/licitacoes/6a-superintendencia-regional-juazeiro-ba/pregao-eletronico/editais-publicados-em-2025/edital-no-90020-2025/> em resposta, após ouvidos o Pregoeiro e a área técnica da Codevasf:

SOLICITANTE: DIGITRON INDUSTRIAS DE BALANÇA

Solicitamos esclarecimentos conforme abaixo;

Analisando o descritivo, percebemos que não existe rampa de acesso na especificação técnica.

Pergunta: Será necessário rampas de acesso nestas balanças?

Obs: O valor com rampa e sem rampa são distintos, ou seja, com preços diferentes um do outro.

Para cotarmos o produto correto, necessitamos desta resposta

Esclarecimento :

Prezados,

As cotações do referente item foram realizadas sem rampa de acesso, assim, foi considerado somente o preço da balança eletrônica.

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES / FUNÇÃO:

PAULO SÉRGIO NASCIMENTO MATOS – CHEFE DA 6ª/SL
