

**COMUNICAÇÃO EXTERNA**

**REMETENTE:**

7ª SECRETARIA REGIONAL DE LICITAÇÕES – 7ª/SL

**NÚMERO:**

003/2025

**DATA:**

08/09/2025

**DESTINATÁRIO:**

LICITANTES DO EDITAL Nº 90006/2025

**E-MAIL:**

7a.sl@codevasf.gov.br

**TELEFONE:**

(86) 3215-0138/0147

**ASSUNTO:**

**ESCLARECIMENTOS – PREGÃO ELETRÔNICO – EDITAL Nº 90006/2025**

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA – CODEVASF – 7ª/SR, por intermédio da 7ª Secretaria Regional de Licitações, referente ao Edital nº 90006/2025, cujo objeto é o fornecimento, por Sistema de Registro de Preços – SRP, transporte, carga e descarga, de equipamentos e materiais para estruturação de laboratórios de análises bromatológicas e de reprodução animal, para ações de apoio à ovinocaprinocultura via IFPI (Instituto Federal do Piauí), Campus Paulistana, e outras Instituições de Ensino Superior na área de atuação da 7ª SR da CODEVASF, esclarece:

**ITENS: 47 e 48**

**QUESTIONAMENTO: 01**

Qual o campo de visão das Oculares?

**Pergunta:** vai ser aceito um microscópio com as Oculares: Grande campo de visão WF10x/22mm?

**QUESTIONAMENTO: 02**

Qual o tamanho da platina mecânica ?210x140mm. Curso X/Y 75x50mm (div. 0.1mm)

**Pergunta:** vai ser aceito a platina mecânica 210x140mm. Curso X/Y 75x50mm (div. 0.1mm)?

**QUESTIONAMENTO: 03**

Como está sendo solicitado um equipamento técnico seria essencial e mais vantajoso para esta instituição que o microscópio Biológico trinocular para trabalho em campo claro e Fluorescência possua possibilidade futura de acoplar acessórios para (Contraste de fase PLAN , Campo escuro e Câmera CCD refrigerada para captura e análise da fluorescência)

**Pergunta:** vai ser aceito um microscópio que possua essa possibilidade de acoplar os acessórios acima mencionado?

**Item: 49 (microscópio Biológico trinocular com contraste de fase)**

**QUESTIONAMENTO: 04**

Qual o tipo de ótica:

**Pergunta:** Finita ou Infinita?

**QUESTIONAMENTO: 05**

Qual o Ajuste interpupilar?

**Pergunta:** vai ser aceito o Ajuste interpupilar de 48~75mm?

**QUESTIONAMENTO: 06**

Qual o campo de visualização da ocular?

**Pergunta:** vai ser aceito o campo Ocular campo amplo de visualização e protetor de olho: WF10x/22mm e WF16x/13mm (ØE encaixe 30mm)?

**QUESTIONAMENTO: 07**

Qual o tipo de revólver porta objetivas?

**Pergunta:** vai ser aceito um microscópio com o Revólver reverso para quatro objetivas codificadas por cores, parcentralizadas e parfocalizadas com roda em rolamento de esferas e tem clique interno de parada, o que permite que a imagem permaneça centralizada após mudança de aumento?

**QUESTIONAMENTO: 08**

Qual o sistema de focalização?

**Pergunta:** vai ser aceito o Sistema de focalização coaxial com botões graduados de ajuste macro (37,7mm por rotação) e micrométrico (0,1mm por rotação e sensibilidade de 0,002mm) conjugados e bilaterais com ajuste de tensão?

**QUESTIONAMENTO: 09**

Qual o padrão de encaixe do trinocular?

**Pergunta:** vai ser aceito o Padrão de encaixe do trinocular do tipo "Mount C" (ØC encaixe 23,2mm)?

**QUESTIONAMENTO: 10**

Qual o tamanho da plaina mecânica?

**Pergunta:** vai ser aceito a Platina mecânica composta por dupla camada mecânica, quadrada, com 216mm x 150mm com Superfície em grafite com cantos arredondados e capacidade para duas lâminas?

**QUESTIONAMENTO: 11**

Qual a temperatura de trabalho?

**Pergunta:** vai ser aceito um microscópio que aceite a Temperatura de Trabalho: 0~40°C evitando aquecimento no mesmo e desconforto do usuário?

**QUESTIONAMENTO: 12**

Qual a umidade de trabalho?

**Pergunta:** vai ser aceito um microscópio que aceite a Umidade do trabalho: Até 85%, evitando a incidência de fungos nas partes óticas?

**QUESTIONAMENTO: 13**

Em quais objetivas vai ser usado o contraste de fase?

vai ser aceito na objetivas de 10x, 20x,40x e 100x?

**Resposta da área técnica para os questionamentos acima:**

Informamos que os equipamentos ofertados têm que atender, **no mínimo**, às especificações técnicas descritas no Anexo II do Termo de Referências, anexo ao Edital. É permitido fornecer um equipamento superior, desde que atendas às especificações da descrição.

**RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES / FUNÇÃO:**

---

ASSINADO ELETRONICAMENTE

**Jacymar Bandeira da Silva Barros**

Chefe da Secretaria Regional de Licitações – 7ª/SL

CODEVASF – 7ª SR

---